

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: Số 36 Tống Duy Tân - P. Bắc Sơn - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đại diện: Bà Lê Thị Na Chức vụ: Trưởng khoa Dược – VTTBYT
SĐT: 0913.134.228 Địa chỉ email: Khoaduocphcnth@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 36 Tống Duy Tân - P. Bắc Sơn - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h00 ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến trước 13h00 ngày 11 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Kim quang dẫn Laser nội mạch	- Chất liệu ETFE đảm bảo tương đồng sinh học cao. - Khoang chứa máu phụt ngược rộng rãi. - Tiết trùng bằng Ethylene Oxide hoặc chùm điện tử Electron Beam	1.500	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
2	Băng thun 3 móc	<ul style="list-style-type: none"> - Băng thun giãn rộng 10cm x dài ≥ 4.5m. Độ co giãn 200%. - Thành phần chính: Cotton $\geq 75\%$ 	200	Cuộn
3	Kim luồn tĩnh mạch an toàn số (20G)	<ul style="list-style-type: none"> - Kim được thiết kế với cơ chế bao chụp đầu kim 2 cm bằng kim loại bọc nhựa - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter có 4 vạch cảnh quang làm từ chất liệu PTFE. - Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Kim có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung, nắp đậy bật dễ dàng. - Khoang bảo máu thiết kế trong suốt. - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. - 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate: từ 55ml/ min đến 60ml/min 	1.300	Cái
4	Máy Điện xung trung tần đồng Á	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị hỗ trợ điều trị bằng phương pháp điện xung + nhiệt. - Máy đặt được thời gian điều trị sẵn. - Khi hết thời gian điều trị, có âm cảnh báo và dừng phát xung. - Dạng sóng truy xuất: sóng vuông, sóng tam giác, sóng xoáy, sóng nhọn,... - Máy định sẵn các phác đồ cho các bệnh thường gặp đi kèm. 	05	Cái
5	Micropipet điều chỉnh từ 100-1000 μ l	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi thể tích từ 100-1000μl - Thiết kế thông minh, gọn nhẹ. - Dễ dàng hiệu chuẩn và bảo trì. - Màn hình âm lượng kỹ thuật số, chính xác. 	01	Cái


STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
6	Ống nghe huyết áp kế	- Ống nghe tim phổi bao gồm chuông nghe, màng nghe, ống chữ Y nhựa P.V.C. - Trọng lượng $\leq 150g$	05	Cái

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Lắp đặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa. Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế theo quy định hiện hành.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Từ tháng 9/2023 đến 12/2023
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

Nơi nhận: *xe*

- Như K/g
- Lưu: KD

GIÁM ĐỐC



Trịnh Thanh Hải